

2	Быстрый количественный тест на свободный простат специфический антиген (PSA)	<p>Finescare (PSA) Free Prostate Specific Antigen Rapid Quantitative Test Plus</p> <p>- Быстрый количественный тест на свободный простат - специфический антиген (PSA) для анализатора Finescare FIA Meter Plus</p> <p>Определяемые параметры: (PSA) Free Prostate Specific Antigen Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на свободный простат - специфический антиген (PSA)</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук</p> <p>Комплектация: Карtridge-25шт, идентификационный чип cartridge-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните cartridge Finescare™ (PSA) Prostate Specific Antigen - тест на простатический специфический антиген (PSA) при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Карtridge должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	уп	1	29000	29 000	Поставка в течении 15 рабочих дней со дня заявки	Мангистауская область, город Актау, 24 мкрн. Больничный комплекс №2, склад Заказчика
3	Быстрый количественный тест на микроальбумин (MAU)	<p>Finescare (MAU) Microalbumin Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на микроальбумин (MAU), для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus</p> <p>Определяемые параметры: Быстрый количественный тест (MAU) Microalbumin Rapid Quantitative Test</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук</p> <p>Комплектация: Карtridge-25шт, идентификационный чип cartridge-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните cartridge Finescare™ Быстрый количественный тест на (MAU) Microalbumin Rapid Quantitative Test при температуре 4-30С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Карtridge должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	уп	1	31500	31 500	Поставка в течении 15 рабочих дней со дня заявки	Мангистауская область, город Актау, 24 мкрн. Больничный комплекс №2, склад Заказчика