

6	Быстрый количественный тест на тиреотропный гормон (TSH)	<p>Finescare TSH Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на тиреотропный гормон (TSH) для анализатора Finescare FIA Meter Plus</p> <p>Определяемые параметры: TSH Rapid Quantitative Test - тест на тиреотропный гормон (TSH)</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук.</p> <p>Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p><b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</b></p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните картридж Finescare™ TSH Rapid Quantitative Test - тест на тиреотропный гормон (TSH) при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	уп	1	43750	43 750	Поставка в течении 15 рабочих дней со дня заявки	Мангистауская область, город Актау, 24 мкрн. Больничный комплекс №2, склад Заказчика
7	Быстрый количественный тест на трийодтиронин (Т3)	<p>Finescare T3 Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на трийодтиронин (Т3) для анализатора Finescare FIA Meter Plus</p> <p>Определяемые параметры: T3 Rapid Quantitative Test - тест на трийодтиронин (Т3)</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук.</p> <p>Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p><b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</b></p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните картридж Finescare™ T3 Rapid Quantitative Test - тест на трийодтиронин (Т3) при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	уп	1	45000	45 000	Поставка в течении 15 рабочих дней со дня заявки	Мангистауская область, город Актау, 24 мкрн. Больничный комплекс №2, склад Заказчика